


## タービュヘイラーの初回準備方法 (薬品名:シムビコート・パルミコート・オーキシス)

※ 新しい吸入器は下記の空打ちを行ってください

空打ち

- キャップを回して外します
- 吸入器をまっすぐに立て、色つきの回転グリップを左右に回して「カチッ」と3回鳴らします。  
(3回目に「カチッ」と鳴らしたところで、とめてください)



## タービュヘイラー 各部位の名称

(薬品名:パルミコート)

(薬品名:シムビコート・オーキシス)

※色・目盛りの数字はそれぞれ異なります



0が小窓の中央に表示されると 終了

## タービュヘイラーの吸入手順(薬剤師用)

(薬品名: シムビコート・パルミコート・オーキ西斯)

※ 吸入操作練習用具(笛付)でホイッスル音の確認をします  
※ 初回準備方法(空打ち)は1枚目(1/2)を参照

